



Согласовано:
Заместитель генерального директора по общим
вопросам АО «РСИ ТПК КГРЭС»
 Е.А. Силимянкина
« 19 » 04 2022 г.

Утверждаю:
Главный инженер
АО «РСИ ТПК КГРЭС»
 О.А. Петров
« 19 » 04 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку набора реагентов для анализатора хлора CL 17 для определения общего остаточного хлора в питьевой воде (интервал измерений 2.5 минуты).

1. Краткое описание закупаемых товаров

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров.

Набор реагентов производства фирмы «НАСН» для анализатора CL17 для определения общего остаточного хлора на 1 месяц работы с интервалом измерений 2.5 минуты. Спецификация (Приложение №1 к ТЗ).

1.2. Сроки поставки товаров.

Начало поставки: с момента заключения договора

Окончание поставки: 29.07.2022 г.

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.

Не требуется.

2. Общие требования

2.1 Место применения, использования товара.

Набор реактивов производства фирмы «НАСН» для анализатора хлора CL 17 для определения общего остаточного хлора предназначен для измерения массовой концентрации общего хлора (остаточного активного хлора) в питьевой воде перед поступлением в распределительную сеть города.

2.2 Требования к товару.

Поставляемый товар на момент поставки должен быть новым и изготовлен в 2020-2022 году.

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам.

Не требуется

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не требуется

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Не требуется

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Не требуется

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Не требуется

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав

Не требуется

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется

3. Требования к выполнению поставки товаров.

3.1. Требования к объемам поставки

Объем поставляемого товара согласно Приложения № 1 к ТЗ

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров.

Поставка закупаемого товара может осуществляться до склада покупателя, находящегося по адресу: г. Волгореченск, Костромская область, ул. Парковая, д.4.

Если поставщик находится в другом городе доставка осуществляется ТК до терминала в г. Кострома.

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика или ТК до г. Кострома должны осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы и доставку товара

участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров.

Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом маркированы.

3.4. Требования к приемке товаров

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

Товар должен быть поставлен вместе с комплектом товарораспределительной документации.

3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

С товаром обязательно поставляются паспорта качества (паспорта) и паспорта безопасности химической продукции (ГОСТ 30333-2007) на русском языке, на бумажном носителе.

Паспорт качества должен быть выдан на основании контроля качества товара, выполненного изготовителем и подтверждать конкретные характеристики соответствия ГОСТ (ТУ) на товар. В паспорте должна быть указана следующая информация: наименование товара; нормативный документ, регламентирующий требования к качеству; квалификация товара; дата изготовления товара (число, месяц, год); срок гарантийного хранения; данные об изготовителе. Паспорт должен содержать информацию о прекурсорах, если таковым является сам товар или если прекурсор является составной частью товара.

Паспорт безопасности является обязательной составной частью технической документации на химическую продукцию и предназначен для обеспечения потребителя достоверной информацией по безопасности применения, хранения, транспортирования и утилизации химической продукции.

При поставке товара подлежащего обязательной сертификации с товаром предоставляются сертификат соответствия и декларация о соответствии НТД.

Техническая документация, прилагаемая к товару, должна включать в себя, но не ограничиваться:

1. Паспорт качества (паспорт).
2. Паспорт безопасности химического вещества.

3.6. Требования к порядку расчетов

Оплата товара производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки Товара и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Счета(ов)-фактуры;
 - Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12;
- Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

В случае несогласия с требованиями Заказчика, Поставщик предлагает свои условия расчета. При этом Заказчик оставляет за собой право выбрать Поставщика с учетом оптимального порядка оплаты.

3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

4. Требования к участникам закупки

4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется

4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется

4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется

4.4. Дополнительные требования

В случае если участник закупки не является производителем товара, то в состав своего предложения он должен включить письмо от завода-изготовителя о готовности осуществлять отпуск товаров в адрес заказчика через данного поставщика.

5. Приложения

1. Спецификация

Согласовано:

Начальник участка ВКХ
[должность]


[подпись]

Серегина Н.В.
[расшифровка]

27.04.22
[дата]

Начальник планово-экономического отдела
[должность]


[подпись]

Саламова Н.А.
[расшифровка]

27.04.22
[дата]

Специалист по организации закупок
[должность]


[подпись]

Дугина Ю.Н.
[расшифровка]

27.04.22
[дата]

ср 124 ТКЗ 22 Σ. 82904

Ответственный исполнитель:

Начальник участка ВКХ
[должность]


[подпись]

Серегина Н.В.
[расшифровка]

27.04.22
[дата]

тел.8 (49453) 3-12-41

Спецификация
на приобретение набора реагентов для анализатора хлора CL 17 для определения
общего остаточного хлора в питьевой воде (интервал измерений 2.5 минуты)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во
1	Набор реагентов производства фирмы «НАСН» для анализатора CL17 для определения общего остаточного хлора на 1 месяц работы с интервалом измерения 2.5 минуты. (артикул производителя 2557000) состав набора: - индикатор, растворитель для приготовления раствора, флакон 473 мл, (арт. 2263411) - буферный раствор, флакон 473 мл, (арт. 2263511) - компонент DPD, порошок для приготовления раствора, 24 г, (арт. 2297255)	набор	12

Начальник участка ВКХ



Н.В. Серегина